

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР

Зајечар

Расадничка бб

Број: 3179

Датум: 18.05.2018.g.

е-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com

Фах:019/421-164

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара-потрошног материјала за потребе службе трансфузије за период од годину дана у отвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 6/18

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.3ЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:

У партији 3, област 1.2, ЈН 6/18, Потрошни материјал за службу трансфузије, наведено је да апарат мора бити фабрички калибрисан за PT, АРТТ I D-Dimer.

У одговору на претходно питање навели сте да је количина калибратора и теста за АТ III доста мања у односу на остале тестове. Очигледно сте заборавили на чињеницу да број тестова нема апсолутно никакве везе са периодом калибрације, као ни са количином калибратора. Калибрација се за све тестове изводи у следећим случајевима:

1. Promenom lota reagensa
2. Istekom roka predviđenog za kalibraciju
3. Izlaskom kontrole iz predviđenog opsega

С обзиром на то, разлика у трошку за установу по питању калибратора за 5 или 50.000 тестова је нула динара. Затварањем партије за понуђача који има унапред урађену (фабричку калибрацију) онемугућујете конкуренцију, а том једном понуђачу омогућујете да цену реагенса који не мора да калибрише повећа онолико колико њему одговара, тако да Вас укупна цена по тесту може изаћи далеко више од оне са калибрацијом.

С обзиром на то да сте већ партију конципирали тако да тражите укупан број тестова, без ичега другог наведеног (калибратори, контроле, кивете, раствори за испирање), не постоји ни један разлог да одбијете понуђаче који нуде тестове са калибраторима, ако ће цена коју на крају понуде бити мање од понуђача који нуди унапред калибрисане тестове. Ако је цена понуде са калибраторима мања од цене са унапред задатом калибрацијом, молим вас да нам свима објасните како ће установа да уштеди новач на калибрацији?

Морам да напоменем да у служби трансфузије годинама уназад постоје 3 апарата за тестирање параметара хемостазе, сва три са тестовима који користе калибраторе. Од та три, два су предвиђена да остану. Молим Вас да нам објасните зашто установа не планира да „уштеди новач на калибрацији“ за сва три апарата?

Молим Вас да у складу са законом о јавним набавкама промените део који одређује да тестови морају бити унапред калибрисани и тиме омогућите што већем броју понуђача фер услове, а тиме на крају Вашој установи уштедите новач.

Одговор 1:

У вези са вашим питањем везано за партију 3, област 1.2., ЈН 6/18-потрошни материјал за службу трансфузије, калибрација се изводи у случајевима промене ЛОТ-а реагенса, истеком рока предвиђеног за калибрацију, као и изласком контроле из предвиђеног опсега.

Управо из тих разлога смо тражили да за тестове ПТА и Д-Димера нема калибрације, односно да буду фабрички калибрисани.

Везано за наставак вашег питања, који описује могуће манипулације са ценом, мишљења смо да управо на овај начин, сужавамо простор за манипулацију истом.

Број апарата, дијагностичке методе, начин рада и организација службе за трансфузију крви, као и свих других служби у установи, спада у надежност Здравственог центра Зајечар. У складу са тим је и припремљена конкурсна документација, односно спецификација тражених добара.

Комисија за јавне набавке