

**ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР**  
Зајечар  
Расадничка бб  
Број: 8321  
Датум: 12.12.2019.g.  
e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com  
Факс:019/421-164

## СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара- санитарско потрошног материјала за потребе Опште болнице Здравственог центра Зајечар за период од годину дана у отвореном поступку јавне набавке број јавне набавке 20/19

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.3ЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

### Питање 1:

На основу закона о јавним набавкама, молим Вас за појашњење у вези јавне набавке бр. 20/2019, партија 40:

Ставка 1: Да ли је прихватљиво понудити траку димензија 18мм x 50м?

Ставка 2: Да ли је прихватљиво понудити траку димензија 19мм x 50м?

Ставка 3: Молим Вас да прецизирате паковање, колико трака је у паковању, пошто је јединица мере дефинисана као паковање.

Ставка 4: Молим Вас да прецизирате паковање, колико трака је у паковању, пошто је јединица мере дефинисана као паковање.

Молим Вас да прецизирате дефинисано време које Вам је потребно за траке за контролу стерилизације класе 6: 3,5 мин, 5 мин, 7 мин,....

### Одговор 1:

Одговор на постаљено питање у вези партије 40:

1. Ставка 1-Прихватљиво је.
2. Ставка 2-Прихватљиво је.
3. Ставка 3- Паковање садржи 500 тракица.
4. Ставка 4- Паковање садржи 500 тракица.

Врши се допуна конкурсне документације на страни 26. и на страни 84. у обрасцу III и образац XII у оквиру партије 40, који се односи на опис траженог добра у оквиру ставке 3 која сада гласи -Трака за kontrolu autoklav sterilizacije klasa 4 а 500 тракица и у оквиру ставке 4 која сада гласи- Трака за kontrolu autoklav sterilizacije klasa 6 а 500 тракица. На основу поменуте допуне, партија 40 сада изгледа:

### PARTIJA 40

red br.	Naziv materijala	Jed. mere	količina
1	Traka za kontrolu suve sterilizacije	kom	10
2	Traka za kontrolu autoklav sterilizacije	kom	40
3	Traka za kontrolu autoklav sterilizacije klasa 4 а 500 trakica	pak	50
4	Traka za kontrolu autoklav sterilizacije klasa 6 а 500 trakica	pak	3

5. Време које потребно за траке за контролу стерилизације класе 6 је: да на 134°C време стерилизације буде 7 минута.

### Прилог:

-Измена 3 конкурсне документације број 8321/1 од 12.12.2019.године.

-Обавештење о продужењу рока

Комисија за јавне набавке