

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

Zaječar

Rasadnička bb

Број: 2408

Датум: 06.04.2020.g.

e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com

Факс:019/421-164

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

**Набавка добара-осталог уградног материјала за потребе службе хирургије и урологије у поступку јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке 5МВ/20**

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:

Molimo Vas za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN broj 5MB/20 i to:

U okviru konkursne dokumentacije za partiju br. 3 budući da se traženi staplerski materijal koristi i u klasičnim ("otvorenim") i laparоскским procedurama, da li je moguće razdvojiti cirkulame staplere od endоскских, kako bi se обезбедила конкурентност i omogućilo učestvovanje većem броју понудаћа?

1.1. Da li je umesto cirkularnog zakrivljenog staplera sa samoobarajućom glavom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, veličina 25 - 34mm dozvoljeno ponuditi cirkularni zakrivljeni stapler sa mogućnošću podešavanja visine zatvorene nogice klanfe od 2,5 do 1,0mm, veličina 25 - 33mm, budući da ovaj stapler ima najveću dužinu otvorene nogice klanfe na tržištu (5,5mm)?

Ovim se обезбедује адекватно затварање кланфе i интегритет анастомозе чак i на најдебљем, проблематичном tkivu. Могућност podešavanja visine затворене ногиче кланфе обезбедује прилагодивање сваком пацијенту i tkivu понаособ.

1.2. Da li je umesto stavke "Punjenje za endоскски lineami stapler, sa nožem i 6 redova šavova, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 45mm, sa varijabilnim visinama klamficama za tkiva srednje i veće debljine-ljubičasto" moguće ponuditi punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endоскски lineami stapler sa prirodnom artikulacijom i nožem, za jednokratnu upotrebu - 45mm/4,1mm - zeleno, sa 6 redova klanfi?

1.3. Da li je umesto stavke "Punjenje za endоскски lineami stapler, sa nožem i 6 redova šavova, sa rotikulacijom i 10 pozicija artikulacije, sa nožem, veličine 60mm, sa varijabilnim visinama klamficama za tkiva srednje i veće debljine-ljubičasto" moguće ponuditi punjenje sa zupcima za pridržavanje tkiva za endоскски lineami stapler sa prirodnom artikulacijom i nožem, za jednokratnu upotrebu - 60mm/4,1mm - zeleno, sa 6 redova klanfi?

Одговор 1 :

Одговор 1.1.

Конкурсном документацијом на страни 5. у оквиру области III- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. под партијом 3, наручилац је предвидео добра са следећим описом :

partija 3

red broj	KPP	Naziv materijala	Jedinica mere	plan za 2020.god
1	084	Cirkularni stapler sa samoobarajućom glavom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, zakrivljeni, veličine 25mm-34 mm	kom	15

Врши се измена конкурсне документације тако да опис у оквиру партије 3, ставке 2 сада изгледа:

partija 3

red broj	KPP	Naziv materijala	Jedinica mere	plan za 2020.god
1	084	Cirkularni stapler sa samoobarajućom glavom i četvrtastim klanficama na poprečnom preseku, zakrivljeni, veličine 25mm-34 mm, visina zatvorene nogice klanfe od 2,5 do 1,0 mm	kom	15

Одговор 1.2. Да, могуће је.

Одговор 1.3. Да, могуће је.

Питање 2:

У конкурсној документацији, у обрасцу понуде, за партију 5 Klips LT, као јединицу мере ставили сте кутију.

Питање:

- 2.1 Molimo da pojasnite koliko ketridza ili klanfi treba da bude u kutiji?
- 2.2. Da li je potrebno Postaviti gratis alikatore veličine ML i L?

Одговор 2 :

Одговор 2.1:

Конкурсноом документацијом на страни 6. у оквиру области III- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. под партијом 5, наручилац је предвидео добра са следећим описом :

partija 5

red broj	KPP	Naziv materijala	Jedinica mere	plan za 2020.god
1	084	Klips LT 300	kut	1
2	084	Klips LT 400	kut	1

У кутији треба да буде 18 кетрица са по 6 кланфи у сваком кетрицу.

Врши се измена конкурсне документације тако да опис у оквиру партије 5, ставке 1 и 2 сада изгледа:

partija 5

red broj	KPP	Naziv materijala	Jedinica mere	plan za 2020.god
1	084	Klips LT 300 18x6 kom,6 klips titane	kut	1
2	084	Klips LT 400 18x6 kom,6 klips titane	kut	1

Одговор 2.1:

Конкурсном документацијом на страни 6. у оквиру области III- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. под партијом 6, наручилац је предвидео добра са следећим описом :

partija 6

red broj	KPP	Naziv materijala	Jedinica mere	plan za 2020.god
1	084	Šaržer za automatski klip aplikator (8 titanijumskih klipseva u šaržeru) veličina M/L, 10mm	kutija (12 šaržera u kutiji)	9
2	084	Šaržer za poluautomatski klip aplikator (8 titanijumskih klipseva u šaržeru) veličina M/L, 10mm	kutija (12 šaržera u kutiji)	9

Додаје се напомена испод табеле у оквиру партије 6 : „„Понуђачи су дужни да доставе гратис апликарторе величине ML и L““

Питање 3:

У конкурсној документацији, у обрасцу понуде, за партију 7-Polimerski klipsevi sa zaključavanjem, тражите полимер клипсеви величине L и XL.

Питање:

- Да ли је потребно доставити гратис апликарторе величине L и XL?

Одговор 3 :

Потребно је доставити.

Врши се измена конкурсне документације у оквиру партије 7, тако што се испод табеле додаје напомена: „„Понуђачи су дужни да доставе гратис апликарторе величине L и XL““

Питање 4:

У конкурсној документацији тражите да се доставе референтне листе зaпонудени производ за период од претходне 3 године.

Pitanje: Da li **XII Obrazac izjave o referenci - potvrda**, treba da potpiše ponudač?

Одговор 4 :

Да, Образац **XII –Образац изјаве о референци-потврду** , потписују понуђачи.

Прилог:

-Измена 1 конкурсне документације бр. 2408/1 од 06.04.2020.године

Комисија за јавне набавке