

**ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR**

Zaječar

Rasadnička bb

Broj: 3829

Datum: 19.06.2020.g.

e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com

Fax:019/421-164

**СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**Набавка добара-шавног материјала за потребе Опште болнице и службе стоматологије Здравственог центра Зајечар у отвореном поступку јавне набавке  
Број јавне набавке 10/20**

**По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници  
Здравственог центра Зајечар**

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

**Питање 1:**

Увидом у документацију за набавку шавног материјала за потребе опште болнице и службе за стоматологију ЗЦ Зајечар, у партији број 3, ставка број 5 – Polydioxanon, 3/0, 1/2, okrugla dupla igla, 26mm, недостаје дужина траженог конца. Молимо Вас да напишете која дужина конца је потребна.

**Одговор 1 :**

Конкурсном документацијом у поступку јавне набавке бр.10/20, која се односи на набавку шавног материјала за потребе Опште болнице и службе стоматологије ЗЦ Зајечар, на стзрани бр. 11 и на страни бр. 45. наручилац је у оквиру партије бр 3, предвидео следећа добра:

КПП 085 partija 3

red.br.	generičko ime	debljina	oblik igle	dužina igle	duž. konca	jed. mere	količina	cena bez PDV-a	PDV	cena sa PDV-om	Vrednost bez PDV-a
1	Polydioxanon	0	1/2 okrugla igla	40mm	150cm – LOOP	šav	252				
2	Polydioxanon	1	1/2 okrugla igla	40mm	150cm – LOOP	šav	252				
1	Polydioxanon	0	1/2 okrugla igla	48	150cm	kom	120				
2	Polydioxanon	1	1/2 okrugla igla	48	150cm	kom	120				
3	Polydioxanon	3/0	1/2 okrugla igla dupla igla	26mm		kom	60				
										<b>UKUPNO</b>	

**DODATNI USLOVI:**

a) Zahtevana tenziona snaga:

1. Polydioxanon-

75%-80%- 14og postoperativnog dana

65%-70% 28og postoperativnog dana

55%-60%- 42og postoperativnog dana

b) Konac mora biti u antimemorijskom pakovanju koje sprečava mršenje i gužvanje konca – kao dokaz dostaviti dva uzorka bilo koje vrste konca.

Врши се допуна конкурсне документације на страни 11 и 45. у оквиру ставке– Polydioxanon, 3/0, 1/2, округла dupla igla, 26mm , која се односи на дужину конца , тако што се додаје дужина конца : 90cm и спецификација сада изгледа:

КПП 085 партија 3

red.br.	generičko ime	debljina	oblik igle	dužina igle	duž. konca	jed. mere	količina	cena bez PDV-a	PDV	cena sa PDV-om	Vrednost bez PDV-a
1	Polydioxanon	0	1/2 округла igla	40mm	150cm – LOOP	šav	252				
2	Polydioxanon	1	1/2 округла igla	40mm	150cm – LOOP	šav	252				
3	Polydioxanon	0	1/2 округла igla	48	150cm	kom	120				
4	Polydioxanon	1	1/2 округла igla	48	150cm	kom	120				
5	Polydioxanon	3/0	1/2 округла igla dupla igla	26mm	90cm	kom	60				
<b>UKUPNO</b>											

**DODATNI USLOVI:**

a) Zahtevana tenziona snaga:

1. Polydioxanon-

75%-80%- 14og postoperativnog dana

65%-70% 28og postoperativnog dana

55%-60%- 42og postoperativnog dana

b) Konac mora biti u antimemorijskom pakovanju koje sprečava mršenje i gužvanje konca – kao dokaz dostaviti dva uzorka bilo koje vrste konca.

Такође, врши се измена спецификације која се односи на редне бројеве у оквиру партије 3.

Прилог:

-Измена 1 конкурсне документације бр3829 /1 од 19.06.2020.године

Комисија за јавне набавке