

ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

Zaječar

Rasadnička bb

Број: 2413

Датум: 06.04.2020.g.

e-mail : javne.nabavke.zcz@gmail.com

Факс:019/421-164

СВИМ ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Набавка добара-осталог уградног материјала за потребе службе хирургије и урологије у поступку јавне набавке мале вредности
Број јавне набавке 5МВ/20

По позиву за подношење понуда објављеном на порталу јавних набавки и на интернет страници Здравственог центра Зајечар

У складу са чланом 63.став 3.ЗЈН , наручилац Здравствени центар Зајечар, овим путем даје одговоре на захтеве за додатно појашњење у вези са припремањем понуде:

Питање 1:

Poštovani,

molim vas za pojašnjenje vezano za JN 5MV/20, Ostali ugradni material za potrebe službe hirurgije i urologije, partija 1-Set SUI kod žena.

partija 1 - "Set za SUI kod žena, TOT (out-in) monofilamentna traka od polipropilena, sa centralnim jezičkom za pozicioniranje, veličine pora 1182 mikrona, specifične težine 100 g/m², debljine mrežice 0,66 mm i dve helikoidne igle za uvođenje od nerđajućeg čelika za jednokratnu upotrebu".

Da li ćete prihvatiti kao odgovarajuće dobro "Traka TOT(OUTSIDE-IN) 100% monofilamentna-polipropilenska trans-opturatorna traka. Pletena 0,3 mm gustine,makroporozna,dimenzija 1.1x60 cm promera pore 80 μm, veličine pore 550x170μm, 78 g/m² težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima"?

Одговор 1 :

Наручилац је коннурсном документацијом на стр. 4 у оквиру области III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. у оквиру партије 1, предвидео добро са следећим описом и техничким карактеристикама:

„Set za SUI kod žena, TOT (out-in) monofilamentna traka od polipropilena, sa centralnim jezičkom za pozicioniranje, veličine pora 1182 mikrona, specifične težine 100 g/m², debljine mrežice 0,66 mm i dve helikoidne igle za uvođenje od nerđajućeg čelika za jednokratnu upotrebu“

Наручилац ће прихватити мрежице за инконтиненцију техничких карактеристика: *“Traka TOT(OUTSIDE-IN) 100% monofilamentna-polipropilenska trans-opturatorna traka. Pletena 0,3 mm gustine,makroporozna,dimenzija 1.1x60 cm promera pore 80 μm, veličine pore 550x170μm, 78 g/m² težine, glatkih ivica, elastiteta 7,5%, sa heliko instrumentima”*, **под условом да понуда подразумева ДВЕ хеликоидне игле за једнократну употребу од нерђајућег челика за трансобтураторни приступ и да има централни језичак за позиционирање**, како је тражено техничком спецификацијом у партији 1.

Наручилац се приликом дефинисања техничких спецификација трудио да оне буду једноставне, са минимумом услова, описане на објективан начин, али и да одговарају потребама наручиоца, **пре свега из организационих разлога и функционалних потреба наручиоца**, што је у складу са чланом 70, став 1 ЗЈН.

Комисија за јавне набавке